生活習慣・マネジメントシステム

体成分分析器

WELL-SCAN シリーズ 900 500

ioi シリーズ 757 ポータブル体成分分析器

生活習慣・マネジメントシステム

体成分分析器
WELL SCAN シリーズ　ポータブル体成分分析器 ioi シリーズ

WELL-SCAN 900

最新の技術で高精度分析を実現したハイエンドモデル

6周波 1.5.50.250. 550.1000kHz	**45秒** 測定時間	**足首／足板電極** ※購入時に選択	**カラーTFT** 12.1インチ 液晶
体型判定 **15区分**	部位別 **筋肉量**	部位別 **脂肪量**	**栄養** 評価
レベル 内臓脂肪	V.S.R. or W.H.R. 腹部肥満率	内臓脂肪面積 **VFA**	内臓脂肪量・皮下脂肪量 (kg)
腹部肥満 **予測図**			

◆タッチ式身長計(WELL-SCAN900専用)
タッチ式の身長計センサーを取り付けることで、身長の入力の必要がなくなります。全自動で素早く正確に測定します。
※WELL-SCAN500には取付けできません。

体成分分析

重水希釈法との体水分量の相関比較により、非常に正確に体成分を分析します。
測定データだけでなく、標準体重をもとにした評価と適正範囲も表示されます。



体成分測定結果

棒グラフにより、「筋肉を増やす」、「体脂肪を減らす」、「現状維持」等、何をすべきかが非常にわかりやすくなっています。

タイプ:過脂肪による過体重
目　標:体脂肪を減らす



タイプ:筋肉型過体重
目　標:現状維持



タイプ:かくれ肥満
目　標:筋肉を増やす

腹部肥満評価

生活習慣病の原因となる内臓脂肪に関するデータを表示します。(内臓脂肪面積は参考値です。)

内臓脂肪面積:178.73cm²



高度内臓肥満型

内臓脂肪面積:39.58cm²



皮下脂肪型

VSR(VISCERAL-SUBCUTANEOUS FAT RATIO)腹部における体脂肪の状況は、その分布の仕方によって皮下脂肪型と内臓脂肪型に分けることができます。同じ体脂肪量でも、それが皮下脂肪か内臓脂肪かによって健康に及ぼす影響が大きく異なります。



体成分分析器 WELL-SCAN 900



オプション

身長計取付例



体型判定表

体型は15種類に類別されます。
自分の体型がどのタイプに属するか簡単にわかります。

かくれ肥満	境界型肥満 ①	
③ 低筋肉	過脂肪	
やせ	② 適正	
低脂肪	低脂肪筋肉型	

ケース1:体脂肪の増加
ケース2:体脂肪の減少
ケース3:除脂肪量または
筋肉量の減少

部位別評価

右腕、左腕、右脚、左脚、胴体の体脂肪量と筋肉量を表示します。



左腕の体脂肪量と筋肉量の評価
右腕の体脂肪量と筋肉量の評価
胴体の体脂肪量と筋肉量の評価
左脚の体脂肪量と筋肉量の評価
右脚の体脂肪量と筋肉量の評価

研究項目

研究項目はシステム設定で下の3項目の中で選択して出力することができます。
インピーダンス情報を含む研究項目。
体脂肪量の2段階調節値を含む調節目標。
現在体重で体成分均衡を評価する体成分比率。

[コントロール目標値] [kg]

項 目	以下 1st	適正 2nd	以上 1st	コントロール
体 脂 肪	10.6	13.3	15.9	25.2 (+9.3)
筋 肉 量	34.2	36.7	39.2	40.3 (+1.1)
体 重		53.1(STD)		69.0 (+15.9)

[体成分比率] 体重：69.0 [kg]

体水分：31.5 (34.7~39.7)　蛋白質：8.8 (9.6~11.0)　無機質：3.5 (3.7~4.1)　体脂肪：25.2 (13.8~20.7)

栄養と代謝 / 体成分変化

全身の状態を蛋白質量、無機質量、細胞量、
身体年齢で評価します。
また、5回分の体重、体脂肪量、筋肉量の
測定結果を見ることができます。(BODY PASS PLUS接続時)

エネルギー代謝

基礎代謝量の計算には、一般的に「ハリスーベネディクト方式」が使用されますが、その計算式には体重、身長、年齢、性別だけが含まれています。
しかし、WELL-SCAN900の計算式には、より正確な結果のために筋肉量も含まれています。
なぜなら、ほとんどのエネルギー代謝は筋肉で行われているからです。
正確な基礎代謝量を把握することは、正しいダイエットのためにも重要です。

生活習慣・マネジメントシステム

体成分分析器
WELL SCAN シリーズ　ポータブル体成分分析器 ioi シリーズ

ioi 757

移動に便利なポータブルタイプ

3周波 5.50.250.kHz	35秒 測定時間	足板 電極	カラーTFT 7インチ 液晶
体型判定 9区分	部位別 筋肉量	部位別 脂肪量	
レベル 内臓脂肪	V.S.R. or W.H.R. 内臓脂肪	内臓脂肪面積 VFA	カロリー処方

内蔵サーマルプリンタ付きとノーマルタイプがあります。

コンパクトに収納できるため、
一人でも簡単に取扱いできます。


ioi 757
体成分分析結果
BODY COMPOSITION ANAL YSIS
お名前/ID　○○○○　000000001
測定日時　2008-06-08 16: 25: 11
身長　155.4 cm　年齢　49 歳
体重　69.0 kg　性別　女
体成分分析
体重 / 以上 69.0 [47.8~58.4]　標準体重 53.1
除脂肪量 / 以上 43.8 [37.2~42.5]　体脂肪量 25.2
筋肉量 / 以上 40.3 [34.2~39.3]　無機質量 3.5　体脂肪量 25.2
体水分量 / 以上 31.5 [26.7~30.6]　蛋白質量 / 以上 8.8 [7.4~8.5]　無機質量 / 以上 3.5 [2.9~3.1]　体脂肪量 / 以上 25.2 [10.6~15.9]
体成分測定結果
項目　以下　適正　以上
体重 69.0
B.M.I. 28.5
体脂肪率 36.5
筋肉量 40.3
腹部肥満評価
類型　皮下脂肪型　適正　境界型　内臓肥満型　高度内臓肥満
内臓脂肪レベル 13
内臓脂肪面積 110
腹囲 92.0cm (適正90cm未満)　腹部肥満率 (V.S.R) 0.421 (0.323~0.399)
調節ガイド
測定データ　調節値　調節
体重 69.0　+15.9　調節目標　+11.9
体脂肪量 25.2　+11.9　週当り調節　0.5
筋肉量 40.3　+3.6　調節期間　24 週
基礎代謝量 1248 kcal　1日のエネルギー所要量　1 922 kcal
身体年齢 53 歳　インピーダンス 445 Ω
体型判定表
かくれ肥満　適脂肪　肥満
軽体重　適正　筋肉型過体重
低脂肪軽体重　低脂肪筋肉型　運動選手型
部位別評価
項目　左腕　右腕　胴体　左脚　右脚
体脂肪量　1.83　1.69　13.76　4.10　3.82
筋肉量　2.58　2.60　20.20　7.45　7.47
血圧
最高血圧 mmHg　137　最低血圧 mmHg　86
脈拍数 bpm　86　心負担　11782
1日のエネルギー所要量 1922kcalで1日 550kcalの調節が必要です。
食事で 220kcal減らす。→ 食事処方カロリー 1702kcal
運動で 330kcal燃やす。→ 運動処方カロリー 330kcal
体成分変化
前回 08.05.25　69.6　25.5　40.0
今回 08.06.08　69.0　25.2　40.3

ポータブル

■X-ME9プリンタ付、出力サンプル

体型判定表

かくれ肥満	適脂肪	肥満
軽体重	適正	筋肉型過体重
低脂肪軽体重	低脂肪筋肉型	運動選手型

日時 07. 05. 26　時間 16 : 25 : 11　性別 女　年齢 49 歳　身長 155.4 cm

項目	測定値	適正範囲
体重	69.0 kg	(47.8～ 58.4)
除脂肪量	43.8 kg	(37.2～ 42.5)
体脂肪量	25.2 kg	(10.6～ 15.9)
筋肉量	40.3 kg	(34.2～ 39.3)
無機質量	3.5 kg	(2.9～ 3.1)

・無機質量は推定値です。

項目	測定値	適正範囲
蛋白質量	8.8 kg	(7.4～ 8.5)
体水分量	31.5 kg	(26.7～ 30.6)
体脂肪率	36.5 %	(20.0～ 30.0)
B.M.I.	28.5 kg	(18.5～ 25.0)
肥満度	+29.9 %	(-10.0～ +10.0)

項目	測定値	適正範囲
内臓脂肪レベル	13 段階	(1 ～ 8段階)
内臓脂肪面積	110 cm²	(40 ～ 80)
腹囲	92.0 cm	(90cm未満)
腹部肥満率 (V.S.R)	0.421	(0.323～ 0.399)
標準体重	53.1 kg	

・腹囲は、へその周りを測定した場合の推定値です。
・特異体質の場合、腹部肥満評価は正確度が減少します。

部位別評価



項目	体脂肪量	筋肉量
左腕	1.83	2.58
右腕	1.69	2.60
胴体	13.76	20.20
左脚	4.10	7.45
右脚	3.82	7.47

・部位別の評価は参考値です。

調節ガイド

	測定値	調節値		調節
体重	69.0 kg	+15.9	調節目標	11.9 kg
体脂肪量	25.2 kg	+11.9	週当り調節	0.5 kg
筋肉量	40.3 kg	+3.6	調節期間	24 週
基礎代謝量	1248 kcal		1日のエネルギー所要量	1922 kcal
身体年齢	53 歳	インピーダンス	445 Ω	

・調節ガイドとカロリー処方は、お客様の体型に対する提案値です。
・身体年齢は参考値です。

1日のエネルギー所要量 1922kcalで1日 550kcalの調節が必要です。
食事で 220kcal 減らす。→ 食事処方カロリー 1702kcal
運動で 330kcal 燃やす。→ 運動処方カロリー 330kcal

サーマルプリンタ

狭い場所でも簡便に
印刷できます。

専用キャリングケース

プラスチック製のキャリングケースは製品に付属しています。キャスター付で安全かつ便利に移動できます。

WELL-SCAN 500

リーズナブルなハイスピードモデル

4周波 5.50.250.550kHz	**30秒** 測定時間	**足板** 電極	**カラーTFT** 6.4インチ 液晶
体型判定 **9区分**	部位別 **筋肉量**		
レベル 内臓脂肪	**V.S.R.** 腹部肥満率		



体成分管理ソフト BODYPASS PLUS（標準付属品）

BODYPASS PLUSは体成分分析器のデータを一元管理できます。登録した対象者の体成分の変化を記録でき、健康的な体成分バランスに近づいているかを評価することに役立ちます。



■ パソコンスペック

対応日本語OS	Windows XP・2000・Vista
CPU	Pentium IV 1.0GHz以上
メモリ	1GB以上
ディスプレイ	1024×769以上　6万色以上
ハードディスク	300MB以上
ディスク装置	CD-ROMドライブ
USBポート	体成分分析器、プリンタ、ライフコーダ用に3ポート必要（ハイスピード対応）

■ 機能一覧

●個人管理機能

個人情報データベース
対象者属性データの体成分分析器へのデータ送信
履歴データの閲覧・印刷

履歴（リスト表示）

履歴（グラフ表示）

●外部システム接続機能

個人属性データのインポート（テキストファイル）
測定結果のエクスポート（テキスト・CSVファイル、JPEGファイル）

生活習慣・マネジメントシステム

体成分分析器
WELL SCAN シリーズ　ポータブル体成分分析器 ioi シリーズ

体成分分析器

エルク体成分分析器は多周波数を使用し、最先端技術により、身体の脂肪や筋肉が身体のどの部位にどれくらいついているのか解析するとともに、栄養状態の情報も提供します。
豊富な分析結果は生活習慣病予防、メタボリックシンドローム予防に対する保健指導や運動・栄養指導に役立ちます。

標準付属品

◆プリンタ
分析結果をスピーディーにプリントアウトするA4専用のプリンタです。その他プリンタケーブル、プリンタ台がセットになっており、導入後すぐ使用できます。
※プリンタのモデル及び仕様は、写真と異なる場合があります。

◆専用結果シート
体成分分析器には、機種ごとに測定結果をわかりやすく解析した専用結果シートが付いています。
※標準付属400枚、well-scan500、ioiのみ200枚。

◆管理ソフトウェア
BODY PASS PLUS
（CDにて供給）
パソコンにて利用者をID化することで、利用者毎にデータを記録し、リストやグラフ表示することが可能です。
過去の履歴データ管理並びに比較が容易に行うことができます。

◆プリンタ台
プリンタを設置するプリンタ台も付属しています。

測定時間わずか1分以内で、体成分を詳細に分析する体成分分析器の測定精度

生体電気インピーダンス（BIA）法



BIA法は、組織の生物学的特性によって電気伝導性の差異を利用し、身体構成を分析する方法です。

本器は両手・両脚の各測定部分に2つずつ、計8つの電極を使用し、からだを縦・横・腹部を経由する斜めとさまざまな方向でインピーダンスを計測しています。

Multi Frequency Bioelectrical Impedance Analysis
マルチフリークエンシー バイオエレクトロニカル インピーダンス アナリシス（多周波測定）



50kHz未満は細胞膜の外側を流れます

100kHz以上は細胞膜の内側を流れます

周波数の種類によって細胞内と細胞外の電気抵抗を別々に測定することができます。

多周波インピーダンスを利用することで、高精度な体成分分析を実現しました。

5ファクターの使用により高精度に測定



◆従来の測定方法の概念

1.人体は滑らかな円筒形であること
2.円筒内の成分は一定で均一であること





性別
女性の場合、男性と比べて体のラインが異なるため、体脂肪量が多めです。



（イメージ図）

年齢
加齢に伴い、人体の密度は低くなります。また、筋肉が減少しやすく、脂肪が増加しやすくなります。

体成分分析



重水稀釈法との相関
体成分分析器の測定精度は「体水分量がきちんと測定できているか」で決まります。弊社の体成分分析器は臨床で使われている直接法で最も精度が高いとされている重水稀釈法との**相関係数は0.9942**と非常に高い精度で測定できています。

内臓脂肪分析



CTスキャンとの相関
CTによる内臓脂肪断面積との相関比較の結果が右の図です。弊社の体成分分析器は、**相関係数0.942**という非常に高い精度で内臓脂肪面積を分析することが可能です。

オプション

◆全自動血圧計 **UDEX-i** (Type-I プリンタ無し)

腹部の肥満増加は高血圧症の発生リスクを高めます。WELL-SCANシリーズは全自動血圧計UDEX-iと接続することで血圧と体成分の一元管理が可能です。

◆EASY BODY(食事・運動アドバイスソフト)

IDで利用者を管理し、測定結果の保管を行います。結果をビジュアルで分かりやすく表示し、適正なカロリーコントロールを行うための食事や運動のメニューを提案します。また、測定データの履歴の比較や累積結果のグラフ化等を行い、体成分の変動を管理することができます。

◆ヘルスコンシェルジュ

特定保健指導実施に必要な支援スケジュール管理をはじめとするマネジメント、ポイント管理や請求ファイルの作成等の業務までを行うシステムです。

メタボリックシンドローム予防システム ヘルスジャッジ3

ヘルスジャッジは生活習慣病・メタボリックシンドロームを予防・改善するための問診システムです。普段の生活習慣や食事をゲーム感覚で問診し、短時間で保健指導で必要な現状把握、行動目標、自己管理、情報提供を行い、対象者の行動変容を支援します。

行動目標宣言

問診時間 10分

運動と食事のバランスを対象者自身が考え、自分に適した行動目標を主体的に設定ができます。

減量コース選択

運動と食事のバランス

運動種目選択

行動目標月間チェック表

週間食事記録表

行動目標宣言書印刷例

食事診断

問診時間 10分

1日の食事を食事区分(朝・昼・夕・間食)ごとに選択し、食事バランス・栄養バランス等のアドバイスが得られます。

生活習慣病リスク診断

問診時間 10分

1日の食事や生活習慣に関する10分程度の簡単な問診を行うだけで充実の診断結果が得られ、対象者に合わせて危険度予測診断、食事・栄養バランス分析等のアドバイスが可能です。

健康図書館

さまざまな健康情報をアニメーションで分かりやすく学習できます。対象者に合わせた内容を印刷でき、保健指導の情報提供に必要な媒体作成時間を短縮できます。グループ学習にも便利にご利用できます。

機能一覧

●BODYPASS PLUSと連動(WELL-SCANのみ)
個人情報の属性データ(ID、名前、性別、身長、生年月日)の連携

●個人管理機能
個人情報をデータベース管理　体重・腹囲・検査値等を履歴管理
インポート・エクスポート(CSV形式)　問診結果、行動目標管理

パソコンスペック

対応日本語OS	Windows7・vista・XP(SP2以降)
CPU	Windows7・vista・XP(SP2以降)の各推奨CPU以上
メモリ	Windows7・vista・XP(SP2以降)の各推奨メモリ以上
ディスプレイ	1024×769以上　6万色以上
ハードディスク	300MB
USBポート	1ポート(インストール用)

生活習慣記録機(活動量計)ライフコーダ　GS

対象者の運動習慣をモニタリングし、日常の運動指導の評価・改善を効果的に行うことができます。

仕様

	項目	終日モード / メモリモード	メモリモード合計
測定項目 測定範囲	運動量	0~9999	0~9999
	歩数	0~99999	0~199999
	エクササイズ	0.0~200.0	0.0~1400.0
	総消費量	0~9999	0~99999
時刻機能	00:00~23:59		
電源	ボタン型リチウム電池　CR2032　1個		
メモリ	200日分		

通信方式	USB Revision1.1準拠
電池寿命	約6ヶ月(測定モード使用時)
外形寸法	幅72.0×高さ42.0×厚さ29.1mm(フックを含む)
重　量	45g(電池を含む)
使用温度範囲	+5℃~40℃(結露なきこと)
簡易防水	IEC60529-IPX2
精　度	JIS S-7200準拠

ライフコーダレポート

仕様

販売名		WELL-SCAN 900	WELL-SCAN 500	ioi757 P（サーマルプリンタ内蔵）	ioi757（ノーマルタイプ）
測定方法及び電極		8個の接触電極を使用した4電極法		8個の接触電極を使用した4電極法	
電極位置		足首/足板（購入時選択）	足板	足板	
測定周波数		1,5,50,250,550,1000 kHz	5,50,250,550 kHz	5,50,250 kHz	
測定部位		全身、部位別（右腕、左腕、右足、左足、胴体）		全身、部位別（右腕、左腕、右足、左足、胴体）	
測定時間		約45秒	約30秒	約35秒	
測定項目	共通	体成分分析（体重、標準体重、BMI、体脂肪率、除脂肪量、体脂肪量、筋肉量、無機質量、蛋白質量、体水分量）基礎代謝量、1日のエネルギー所要量、身体年齢		体成分分析（体重、標準体重、BMI、体脂肪率、除脂肪量、体脂肪量、筋肉量、無機質量、蛋白質量、体水分量）基礎代謝量、1日のエネルギー所要量、身体年齢	
	機種別	部位別評価（5部位/筋肉・脂肪）	部位別評価（5部位/筋肉）	部位別評価（5部位/筋肉・脂肪）	
		腹部肥満評価（内臓脂肪レベル、VFI-内臓脂肪面積指数、腹部肥満率-V.S.R. or W.H.R.、内臓/皮下脂肪量、腹部肥満予測図）	腹部肥満評価（内臓脂肪レベル、腹部肥満率-V.S.R. or W.H.R）	腹部肥満評価（内臓脂肪レベル、VFI-内臓脂肪面積指数、腹部肥満率-V.S.R. or W.H.R.）	
		体成分変化履歴（5回）	—	体成分変化履歴（2回:前回/今回）	
		調節目標（段階別体脂肪量/筋肉量/体重調節値）※1	調節目標（段階別体脂肪量/筋肉量/体重調節値）	調節ガイド（段階別体脂肪量/筋肉量/体重調節値、調節目標、週当り調節、調節期間、食事処方カロリー、運動処方カロリー）	
		インピーダンス（周波数別インピーダンス/リアクタンス）※1	インピーダンス（代表値）	インピーダンス（代表値）	
		栄養評価（蛋白質、無機質、細胞量）、体成分比率※1	体成分比率	—	
		—	総合評価	—	
測定電流		約100μA（1kHzのみ）、約280μA（1kHz以外）	約500μA	約280μA	
電源電圧／消費電力		AC100V　50/60Hz／60VA	AC100V　50/60Hz／40VA	AC100V　50/60Hz／40VA	
表示方法		カラーTFT液晶グラフィック方式（12.1インチ、800×600画素）	カラーTFT液晶グラフィック方式（6.4インチ、640×480画素）	カラーTFT液晶グラフィック方式（7インチ、640×480画素）	
データ入力部		キーパッド、タッチスクリーン、PC入力		キーパッド、PC入力	
通信ポート		USB端子		USB端子	
プリンタポート		USB端子		USB端子	
外形寸法		幅476×奥行848×高さ1062mm（±20mm）	幅400×奥行673×高さ822mm（±20mm）	幅400×奥行735×高さ890mm（±20mm）	
重量		本体　約45kg	本体 約20kg	本体 約10kg、キャリングケース 約6kg	
測定範囲		100～950Ω		100～950Ω	
入力身長		80～200cm	100～200cm	100～200cm	
測定体重		10～200kg		10～200kg	
入力年齢		5～89才		5～89才	
機能	衣服の重さ設定	着衣の重さを補正		着衣の重さを補正	
	印刷結果	出力のON/OFF設定が可能		出力のON/OFF設定が可能	
	美容体重	美容体重の表示が可能（女性のみ）		美容体重の表示が可能（女性のみ）	
	内蔵プリンタ	—		サーマルプリンタ内蔵	—
使用環境		温度10～40℃、湿度30～75%（結露なきこと）		温度10～40℃、湿度30～75%（結露なきこと）	
標準価格		¥2,940,000（税込み）	¥1,260,000（税込み）	¥1,417,500（税込み）	¥1,312,000（税込み）
オプション		EASYBODY PLUS ¥735,000（税込み）	EASYBODY PLUS ¥525,000（税込み）	—	
		全自動血圧計UDEX-i（Type-Iプリンタ無し）¥291,900（税込み）※2 保健指導コンテンツソフト ヘルスジャッジ3 ¥49,800（税込み） 生活習慣記録機ライフコーダGS　オープン価格		全自動血圧計UDEX-i（Type-Iプリンタ無し）¥291,900（税込み）※2 保健指導コンテンツソフト ヘルスジャッジ3 ¥49,800（税込み） 生活習慣記録機ライフコーダGS　オープン価格	
		タッチ式身長センサー ¥525,000（税込み）	—	—	
標準付属品		プリンタ、プリンタ台、USBケーブル×2、USBエクステンションケーブル（3m） 体成分データ管理ソフトBODYPASS PLUS		プリンタ、プリンタ台、USBケーブル×2、USBエクステンションケーブル（3m） 体成分データ管理ソフトBODYPASS PLUS	
		測定結果シート（400枚）	測定結果シート（200枚）	測定結果シート（200枚）	

※1　WELL-SCAN900は研究項目で調節目標、体成分比率、インピーダンスの3つから選択したものを画面表示・印刷します。
※2　WELL-SCAN900/500は本体と血圧計を直接ケーブルで接続できます。ioi757はパソコン経由の接続になります。

安全に関するご注意

- 測定時に、微弱な電流を流しますので、ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰを装着の方、及び妊婦の方は、ご使用にならないでください。
- ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

・本器の仕様・デザイン及びオプション品は、改良のため予告なく変更することがあります。
・本製品の色調は印刷の関係上、実物とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●ヘルスコンシェルジュ
複雑なスケジュール管理や必須項目の記入漏れ等のヒューマンエラーの防止に保健指導管理システムが役立ちます。保健指導の業務フローにあわせて、分かりやすく運用・管理することができるソフトウェアです。

●BODYPASS PLUS
保健指導における現状分析・改善評価を測定機器を用いて数値化します。結果を指導内容に反映することで適切な指導を支援します。対象者が自らの健康問題を認識することで自身の行動変容を促します。

●ヘルスジャッジ3
保健指導の初回面談における目標設定及び目標達成のためのメニュー作成を対象者自らが短時間で作成できます。さらに中間評価における運動・食事の改善につながるコンテンツも用意されています。

Canon
キヤノンライフケアソリューションズ株式会社

http://www.canon-lcs.co.jp

〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目17番4号　☎（03）6845-2545

■商品に関するお問い合わせは下記まで

札　幌（011）736-0010・仙　台（022）236-3621・新　潟（025）243-6391・さいたま（048）663-2221
東　京（03）6845-2545・神奈川（045）476-2860・名古屋（052）531-6231・金　沢（076）237-7511
京　都（075）691-5101・大　阪（06）6382-8701・神　戸（078）651-2601・高　松（087）865-1511
広　島（082）232-1341・山　陰（0852）23-2711・福　岡（092）472-0241・鹿児島（099）266-3141

本社／〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1番22号 大江ビル9階　☎（06）6942-4901（代）

製造元：株式会社ジャウォンメディカル
韓国慶北慶山市珍良工団21ブロック13ロット
MADE IN KOREA

輸入元：株式会社オーワメディカル
福岡市博多区板付5丁目17-10

※このカタログは地球にやさしい、再生紙・SOY大豆インキを使用しています

Sun-130602